

## Materialbestätigung bezüglich Naturkautschuklatex

Aufgrund vorliegender Materialdaten bestätigen wir als VBM Medizintechnik GmbH, dass unsere Medizinprodukte mit allen enthaltenen Komponenten ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt werden. Ausgenommen sind die unten aufgeführten Artikel, welche mit dem nachfolgenden Symbol „LATEX“ gekennzeichnet sind.

**Warnhinweis:**

Produkte mit Naturkautschuklatex können allergische Hautreaktionen sowie allergische und asthmaartige Beschwerden hervorrufen!

Produkt	REF	Komponente, welche Naturkautschuklatex enthält
Druckinfusionsmanschetten und Ersatzteil Gummiblase	52-01-300 52-82-500	Gummiblase inkl. Schläuche
Endotape oral/nasal	40-8018-044	Elastisches Band

Diese Liste berücksichtigt lediglich Produkte von unserem aktuellen Portfolio. Sollten Sie Informationen über Produkte benötigen, die nicht im aktuellen Produktkatalog auf unserer Homepage enthalten sind, bitten wir Sie, VBM zu kontaktieren.